

Nakłuwanie nowo wytworzonej przetoki

Kryteria “reguły 6”



Przepływ w naczyniu powyżej 600ml/min

Średnica naczynia powyżej 6mm

Głębokość naczynia pod skórą mniejsza niż 6mm

Rozpocznij nakłuwanie nowej przetoki,
stosując igłę w rozmiarze:

17G

Zalecane wartości przepływu krwi i rozmiary igieł:

Rozmiar igły	Zakres wartości przepływu krwi (Qb)	Maksymalne ciśnienie w części tętniczej układu	Maksymalne ciśnienie żyłne w części żyłnej układu
17G	<250 ml/min	-200 mmHg	300 mmHg
16G	250-320 ml/min	-200 mmHg	300 mmHg
15G	320-400 ml/min	-200 mmHg	300 mmHg
14G	>400 ml/min	-200 mmHg	300 mmHg