

Nakłuwanie „nowej” przetoki tętniczo-żyłnej

Rozpocznij nakłuwanie przetoki igłą 17G	Dostosuj rozmiar igły do przepływu krwi	Przestrzegaj „reguły 6”
Zacznij od igły 17G, aby uniknąć zbyt dużego przepływu krwi w początkowym okresie kłucia; używaj stazy do przetoki AV z żyły własnej	Używaj zalecanych rozmiarów igieł dla przepływu krwi: • 17 G < 250 ml/min • 16 G 250–320 ml/min • 15 G 320–400 ml/min • 14 G >400 ml/min	Uwzględnij kryteria: Średnica naczynia >6 mm Głębokość naczynia <6 mm

Dostosowanie rozmiaru igły do przepływu krwi i przestrzeganie „reguły 6” zapewni oczekiwany efekt kliniczny.