



Analiza przyczyn źródłowych (RCA): Przemieszczenie igły żyłnej (VND*)

*Venous needle dislodgement

OŚRODEK

DATA RCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA RCA

Krótki opis zdarzenia:			
Miejsce zdarzenia:			
Data zdarzenia:		godzina zdarzenia:	
Opis zdarzenia			
Świadkowie			

Zgodność z P&P		
	TAK	NIE
Czy miejsce plastrowania igły było czyste i suche (prawidłowa przyczepność plastra do skóry)?	☐	☐
Czy zastosowano właściwą technikę plastrowania?	☐	☐
Czy przetoka, igły i linie krwi były widoczne?	☐	☐
Czy linie krwi były odpowiednio zabezpieczone i prawidłowo umocowane (w sposób zmniejszający naprężenie przy igłach)?	☐	☐
Czy rozpoznano jakiekolwiek czynniki ryzyka związane z pacjentem?	☐	☐
Uwagi:		
Potencjalne oznaki problemu		
	TAK	NIE
Krwawienie w miejscu wkłucia igły	☐	☐
Alarmy sygnalizujące wysokie ciśnienie żyłne	☐	☐
Uwagi:		

Potencjalne przyczyny zdarzenia		
	TAK	NIE
Czy miejsce plastrowania igły było czyste i suche	☐	☐

Przypadkowe wysunięcie igły przez personel	☐	☐
Nieprawidłowa technika plastrowania	☐	☐
Przemieszczenie plastra	☐	☐
Mokra powierzchnia plastrowania	☐	☐
Wysokie ciśnienie żyłne	☐	☐
Naprężenie igły żyłnej (nieprawidłowe umocowanie/ zabezpieczenie linii krwi)	☐	☐
Pacjent znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka VND	☐	☐
Brak przyrządów/ procesów zabezpieczających	☐	☐
Inne:	☐	☐
Uwagi:		

Ocena ryzyka związanego z vnd		
	TAK	NIE
Czy ocena ryzyka związanego z VND była realizowana wg PL_07-07	☐	☐
Czy nastąpiła zmiana kategorii ryzyka?	☐	☐
Uwagi:	☐	☐

Podsumowanie analizy: co, gdzie, kiedy, kto, jak, dlaczego?

Działania następne: naprawcze i zapobiegawcze	
Podpis	

	TAK	NIE	DATA
Informacja o działaniach wprowadzone do AGIR	☐	☐	
Uzupełniono ocenę ryzyka VND	☐	☐	

PL_07_07 B Analiza przyczyn źródłowych (RCA):

Przemieszczenie igły żyłnej (VND)

DaVita Polska 15.06.2023

Zweryfikowała wersję PL: M.Serwańska-Świątek